

Klienti: Arber [REDACTED]  
Bilce - Berat - Br

Data e lëshimit: 23-04-2024

Kodi i klientit: 326

Kategoria e produktit:	Vaj ulliri	Data e pranimit:	22-04-2024
Përshkrimi i kampionit/matjes: <sup>(4)</sup>	Vaj ulliri	Temp mbërritjes:	Ambienti
Pika e marrjes së kampionit/matjes:	-	Data e fillimit:	22-04-2024
Procedura e marrjes së kampionit: <sup>(2)(4)</sup>	-	Data e përfundimit:	23-04-2024
Dok.shoqëruese:	-		
Tipi i ambalazhit/kontenitor:	Ambalazh Plastik		
Mënyra e mbylljes:	Me kapak		
Operatori i kampionimit/matjes:	Klienti		
Sasia e marrë:	500 ml		

### CERTIFIKATË ANALIZE 3.113\_24

Ky raport analize ka lidhje ekskluzivisht me mostren qe i nenshtrohet analizave, ai nuk mund te riprodhohet ne pjese, pa miratimin paraprak me shkrim te laboratorit qe e ka leshuar. Nese marrja e mostrave nuk eshte kryer nga laboratori te dhenat e kampionimit dhe pjeset e procedurave qe kerkojne ate, jane pergjegjesi e klientit.

PARAMETRAT	REZULTATET	U <sup>(1)</sup>	UdM	LIMITE	METODA
<b>ACIDITETI</b>					
Aciditeti	0,55		% Acid Oleik	nota 1 <sup>rif.57</sup> nota 2 <sup>rif.57</sup> nota 3 <sup>rif.57</sup>	met.(28)
<b>NUMRI I PEROKSIDEVE</b>					
Numri i peroksideve	14,98		meqO2/kg	nota 4 <sup>rif.57</sup> nota 5 <sup>rif.57</sup> nota 6 <sup>rif.57</sup>	met.(29)
<b>MATJE SPEKTROFOTOMETRIKE</b>					
K 232	-0,186		-	nota 10 <sup>rif.57</sup> nota 9 <sup>rif.57</sup>	met.(29)
K 270	0,046		-	nota 11 <sup>rif.57</sup> nota 12 <sup>rif.57</sup>	met.(29)
Delta K	-0,001		-	nota 7 <sup>rif.57</sup> nota 8 <sup>rif.57</sup>	met.(29)

#### METODA:

Met.(28): UNI EN ISO 660:2020;

Met.(29): REG.CEE 2568-1991 11.07.1991 GU CEE L248 05.09.1991 All III Reg UE 1784-2016 30.09.2016 GU UE 1273 08.10.2016 All III o;

#### LEGJISLACION:

rif.57: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 of 29 July 2022

nota 1: <= 0.80 -Ekstra i virgjër;

nota 2: <= 2.0 - I virgjër;

nota 3: > 2.0 - Lampante;

nota 4: <=20.0 - Ekstra i virgjër;

nota 5: <= 5.0 - I rafinuar;

nota 6: <= 20.0 - I virgjër;

nota 7: <= 0.01 - I Virgjër ;

nota 8: <= 0.01 - Ekstra i virgjër;

nota 9: <= 2.60 - I virgjër;

nota 10: <= 2.50 - Ekstra i virgjër;

nota 11: <= 0.22 - Ekstra i virgjër;

nota 12: <= 0.25 - I virgjër

#### SHENIM:

Testet realizuar ne laborator

Perfundimi i CERTIFIKATË ANALIZE 3.113\_24

Tenuis

Digitally signed by Tenuis  
DN: cn=Tenuis, o=Tenuis,  
ou=TE,  
email=info@tenuis.al,  
c=AL  
Date: 2024.04.23 14:05:31  
+02'00'

Drejtore Teknik  
Doriana Islami

(1) Pasiguria, aty ku tregohet, llogaritet duke aplikuar një faktor mbulimi 2 i cili jep një nivel besimi prej rreth 95%

(2) Marrja e mostrave nuk i nënshtrohet akreditimit

(4) E dhene nga klienti